



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



RESPOSTA - RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - SESA

WWW.BLL.ORG.BR



HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA

Venho através deste documento formalizar resposta junto ao setor de licitação do município acerca de quaisquer dúvidas que venham a ser questionados referente ao lote XXV – “EQUIPAMENTO HOSPITALAR (OXÍMETRO)”

Informamos que o fabricante cotado (“MOBIL”) do item descrito (“Oxímetro de Pulso – Monitor Oxímetro de pulso multiparamétrico para uso em sala de parto”) atende as solicitações e demandas necessárias ao serviço ao qual se destina. A rigor, o item deste fabricante é oxímetro de pulso, certificado pelo INMETRO; possui garantia; é aplicável em adulto, pediatria e neonatos; possui tela LCD colorido que permite monitoramentos de sinais vitais, como SpO2 e frequência cardíaca (PR), com tempo e modo de operação contínua com estabilidade elétrica suficiente para atender a demanda, possuindo fonte de alimentação recarregável para isso.

Aproveitamos a oportunidade para ressaltar que a equipe técnica do serviço elaborou com critério toda a demanda de aparelhos conforme especificações em licitação e que escolheu as especificações ao qual melhor atende a demanda do setor ou serviço, não aceitando qualquer justificativa infundada por qualquer que seja não conhecedor da rotina ao qual este aparelho ou qualquer outro item se destinará.

Aline Kelly Basilio Rabelo
DIRETORA GERAL DO HRFGO
PORTARIA Nº 0401-1/2021

Morada Nova, Ceará.
26 de Março de 2021.

Aline Kelly Basilio Rabelo
Diretora Geral- HRFGO
Portaria: 0401/2021