



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

ANEXO I  
TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS, MATERIAL LABORATORIAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL.

**JUSTIFICATIVA**

A contratação objeto deste Termo de Referência encontra justificativa na necessidade de adquirir material médico hospitalar, medicamentos, material laboratorial e outros materiais de consumo destinados ao atendimento dos pacientes do Sistema Municipal de Saúde, especificamente aos relativos ao: Hospital Regional Francisco Galvão de Oliveira - HRFGO, Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Unidades Básicas de Saúde (Atenção Básica) e do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, deste Município.

**OBJETIVO**

O presente Termo de Referência tem por objetivo o levantamento e caracterização das especificações dos produtos a serem adquiridos, buscar no mercado o orçamento dos custos e indicação da disponibilidade dos recursos orçamentários para fim de balizar a contratação, assim como estabelecer prazo, local de entrega, forma de fornecimento, pagamento e condições de execução contratual do objeto.

Toda a demanda constante abaixo foi formulada diante da necessidade e levantamento de aquisição para o exercício de 2017. Salientamos que a aquisição dos produtos será solicitada por demanda, de acordo com as necessidades da Secretaria de Saúde.

Em cumprimento a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e que este Termo fora elaborado, para que o procedimento legal seja efetuado a seleção de proposta mais vantajosa para a administração pública municipal, tendo por finalidade definir elementos que norteiam a contratação de empresa para a aquisição do presente termo.

**ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS**

LOTE I - MEDICAMENTOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT ESF	QUANT LAB.	QUANT HOSP.	QUANT TOTAL
1	ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML	AMPOLA 5 ML	-	-	300	300
2	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML	AMPOLA 5 ML	-	-	500	500
3	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 90%	FRASCO 10 ML	-	-	5	5
4	ADENOSINA 3 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	50	50
5	ADRENALINA 1G/1000 -1ML INJETAVEL	AMPOLA	300	-	-	300
6	ÁGUA DESTILADA 10ML	CX C/100	360	-	25	385



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

7	ÁGUA DESTILADA 20 ML	AMPOLA DE POLIESTIRENO	-	-	1.000	1000
8	ÁGUA DESTILADA 500ML	CX C/24	-	12	-	12
9	AMINOFILINA 240 MG 10ML INJ	AMPOLA	900	-	100	1000
10	AMIODARONA 50 MG/ML	AMPOLA 3 ML	-	-	50	50
11	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 875/125 MG	COMPRIMIDO REVESTIDO	-	-	1.000	1000
12	AMPICILINA SÓDICA 1 GRAMA	FRASCO AMPOLA/ PÓ LIOFILIZÁVEL	1200	-	100	1300
13	ATROPINA 0,25MG/1ML	AMPOLA	300	-	1200	1500
14	BENZILPENICILINA G. BENZATINA 1.200.000 PÓ P/ SUSP. INJ. + DILUENTE	FRASCO / AMP.	3000	-	400	3400
15	BESILATO DE CISATRACÚRIO 2 MG/ML	AMPOLA 5 ML	-	-	150	150
16	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%	AMPOLA 10 ML	-	-	50	50
17	BROMOPRIDA 5MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	1.000	1.000
18	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMIDA + DIPIRONA SÓDICA 4/500MG/ML 5ML INJETAVEL	AMPOLA	3000	-	-	3000
19	CAPTOPRIL 25 MG	COMPRIMIDO	-	-	500	500
20	CEFALEXINA 500 MG	COMPRIMIDO/CÁPSULA	-	-	500	500
21	CEFALOTINA 1 GRAMA	FRASCO AMPOLA/ PÓ LIOFILIZÁVEL	-	-	1.000	1.000
22	CEFAZOLINA 1 GRAMA	FRASCO AMPOLA/ PÓ LIOFILIZÁVEL	-	-	2.500	2.500
23	CEFTRIAXONA 1G IV. ESPECIFICAÇÃO: CEFTRIAXONA SÓDICA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 1G IV + DILUENTE 10 ML (R)	AMPOLA	900	-	1200	2100
24	CEFUROXIMA SÓDICA 750 MG	FRASCO AMPOLA/ PÓ LIOFILIZÁVEL	-	-	50	50
25	CETOPROFENO 50MG/ML, AMPOLA COM 2ML	AMPOLA	1800	-	2000	3800
26	CIMETIDINA 150 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	1000	1000
27	CLONIDINA 150 MCG/ML	AMPOLA 1 ML	-	-	500	500
28	CLORETO DE POTÁSSIO 10 %	AMPOLA DE POLIESTIRENO 10 ML	-	-	100	100
29	CLORETO DE SÓDIO 20%	AMPOLA DE POLIESTIRENO 10 ML	-	-	100	100
30	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100 MG	FRASCO AMPOLA/ PÓ LIOFILIZÁVEL	-	-	50	50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

31	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5/80 MG/ML	AMPOLA 4 ML	-	-	1.200	1.200
32	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML (0,5%) (ISOBÁRICA)	AMPOLA 4 ML	-	-	50	50
33	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5 MG/ML (0,5%) + EPINEFRINA 1:200.000	FRASCO 20 ML	-	-	300	300
34	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 2 MG/ML	BOLSA 200 ML	-	-	1.000	1.000
35	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML	AMPOLA 10 ML	-	-	50	50
36	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10 MG/ ML	AMPOLA 1 ML	-	-	2.000	2.000
37	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG/ML	AMPOLA 1 ML	-	-	200	200
38	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 10% SPRAY	FRASCO 50 ML	-	-	20	20
39	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%	FRASCO AMPOLA 20 ML	-	-	600	600
40	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA (1:200.000)	FRASCO AMPOLA 20 ML	-	-	300	300
41	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% C/V 5ML	AMPOLA	3000	-	-	3000
42	COLAGENASE TÓPICO (POMADA)	UNIDADE	900	-	-	900
43	COMPLEXO B INJETÁVEL	AMPOLA 2 ML	-	-	100	100
44	DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	50	50
45	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INJETAVEL	AMPOLA	1500	-	1200	2700
46	DICLOFENACO 25MG/ML, 3ML INJETAVEL	AMPOLA	10000	-	300	10300
47	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL	COMPRIMIDO	-	-	30	30
48	DIPIRONA 1,0 GR 2ML INJ	AMPOLA	5000	-	5000	10000
49	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	COMPRIMIDO	-	-	1.000	1.000
50	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	FRASCO 10 ML	-	-	100	100
51	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20MG + 2,5 G/5ML (HIOSCINA COMPOSTA)	AMPOLA 5 ML	-	-	3.000	3.000
52	ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA	FRASCO 20 ML	-	-	200	200



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	6,67MG + 333,4 MG/ML (HIOSCINA COMPOSTA)					
53	ESCOPOLAMINA 20 MG/ML (HIOSCINA SIMPLES)	AMPOLA 1 ML	-	-	300	300
54	FENOTEROL 5MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 20ML	FRASCO	700	-	-	700
55	FITOMENADIONA 10 MG/ML (VITAMINA K)	AMPOLA 1 ML	-	-	1.000	1.000
56	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	50	50
57	FUROSEMIDA 10 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	1.000	1.000
58	FUROSEMIDA 20MG/ML2ML INJ	AMPOLA	1500	-	1000	2500
59	GLUCONATO DE CÁLCIO 10%	AMPOLA 10 ML	-	-	50	50
60	HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 1 MG/ML	AMPOLA 1 ML	-	-	300	300
61	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML	FRASCO AMPOLA 5ML	-	-	50	50
62	HIDROCORTIZONA 100MG F/A	AMPOLA	600	-	100	700
63	HIDROCORTIZONA 500MG F/A	AMPOLA	600	-	200	800
64	LANOLINA ANIDRA	BISNAGA 30 GRAMAS	-	-	30	30
65	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML	AMPOLA 1 ML	-	-	600	600
66	METARAMINOL 10 MG/ML	AMPOLA 1 ML	-	-	600	600
67	METILDOPA 250 MG	COMPRIMIDO	-	-	400	400
68	METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML	AMPOLA 2 ML	-	-	200	200
69	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	2000	-	-	2000
70	METOPROLOL 1 MG/ML	AMPOLA 5 ML	-	-	50	50
71	METRONIDAZOL 5 MG/ML	BOLSA 100 ML	-	-	60	60
72	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML	AMPOLA 1 ML	-	-	1.200	1.200
73	NIFEDIPINO 20 MG (RETARD)	COMPRIMIDO	-	-	500	500
74	NITROFURANTOÍNA 100 MG	CÁPSULA	-	-	100	100
75	NITROGLICERINA 5 MG/ML	AMPOLA 10 ML	-	-	50	50
76	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50 MG	FRASCO AMPOLA PÓ LIOFILIZÁVEL	-	-	50	50
77	NORADRENALINA 1 MG/ML	AMPOLA 4 ML	-	-	600	600
78	OCITOCINA 5 UI/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	5.000	5.000
79	ONDANSETRONA 2 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	1.500	1.500



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

80	POLICRESULENO 360 MG/ML (ALBOCRESIL®)	FRASCO 12 ML	-	-	12	12
81	PROMETAZINA 25 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	100	100
82	SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO III 20 MG/ML EV	AMPOLA 5 ML	-	-	50	50
83	SIMETICONA 75 MG/ML	FRASCO 15 ML	-	-	300	300
84	SULFATO DE AMICACINA 250 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	50	50
85	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG/ML	AMPOLA 2 ML	-	-	100	100
86	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%	AMPOLA 10 ML	-	-	400	400
87	VITELINATO DE PRATA 10% (ARGIROL®)	FRASCO 5 ML	-	-	40	40
88	CETOPROFENO 100MG, FRASCO AMPOLA PÓ LIOFILIZADO.	FRASCO AMPOLA	1800	-	2000	3800

LOTE II - SOLUÇÕES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT ESF	QUANT LAB.	QUANT HOSP.	QUANT CAPS	QUANT TOTAL
1	ÁCIDO ACÉTICO 2,5%	LITRO	360	-	-	-	360
2	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 5%	LITRO	-	-	06	-	06
3	ÁGUA OXIGENADA CATEGORIA 10 VOLUMES, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 01 LITRO, RÓTULO COM NR. LOTE DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE.	LITRO	204	-	-	-	204
4	ÁLCOOL EM GEL 70% - CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, DADO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	LITRO	360	-	50	12	422
5	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% - CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, DADO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	LITRO	1200	144	250	12	1606
6	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96,5% - CONTENDO PRAZO DE VALIDADE, DADO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	LITRO	600	144	50	-	794
7	DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 2%	LITRO	-	-	100	-	100



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

8	ÉTER SULFÚRICO 35% 1000ML (LICOR DE HOFFMAN)	LITRO	180	-	15	-	195
9	FORMALDEÍDO SOLUÇÃO 10%	LITRO			24	-	24
10	iodo LUGOL FORTE 5%	LITRO	05		05	-	10
11	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO DEGERMANTE 10%	LITRO	24		250	-	274
12	IODOPOLIVIDONA SOLUÇÃO TÓPICA 10%	LITRO	24		250	-	274
13	LUGOL A 5% SOLUÇÃO DE iodo FORTE - FRASCO COM 1000ML. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE	FRASCO	180	-	-	-	180
14	REPELENTE DE INSETOS COM DEET ≥15% LOÇÃO/SPRAY	FRASCO 100 ML		-	12	-	12
15	SHAMPOO LÍQUIDO NEUTRO HIPOALÉRGICO INFANTIL	FRASCO 250 ML		-	18	-	18
16	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 25% CAIXA COM 100 AMPOLAS COM 10ML	AMPOLA	3000	-		-	3000
17	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% FRASCO-AMPOLA COM 100ML	AMPOLA	900	-	600	-	1500
18	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% FRASCO-AMPOLA COM 250ML	AMPOLA	1500	-	-	-	1500
19	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% FRASCO-AMPOLA COM 500ML	AMPOLA	300	-	4.000	-	4300
20	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 50% CAIXA COM 100 AMPOLAS COM 10ML	AMPOLA	3000	-	200	-	3200
21	SOLUÇÃO DE RINGER C/ LACTATO C/ 500 ML EM SISTEMA FECHADO (BOLSA), FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE, COMPATÍVEL COM EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	BOLSA	300	-	2.000	-	2300
22	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML EM SISTEMA FECHADO (BOLSA), FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE, COMPATÍVEL COM EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	BOLSA C/ 500ML	8000	-	5.000	-	13000
23	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% C/ 100 ML EM SISTEMA	BOLSA	6000	-	2.000	-	8000



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

Comissão de Licitação  
FL. 295  
Morada Nova - Ce

	FECHADO (BOLSA), FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE, COMPATÍVEL COM EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA.						
24	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1:1 C/ 500 ML EM SISTEMA FECHADO (BOLSA), FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE, COMPATÍVEL COM EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM SOLUÇÃO ESTÉRIL E APIROGÊNICA.	BOLSA	300	-	1.000	-	1300
25	SORO FRUTOSE 5% SISTEMA FECHADO	FRASCO 500 ML	-	-	200	-	200

LOTE III - INSUMOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT ESF	QUANT LAB.	QUANT HOSP.	QUANT CAPS	QUANT TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL; FORMATO ESPÁTULA, SUPERFÍCIE LISA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS; MEDINDO 1,5 X 13,5 CM; EMBALADA INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO.	PACOTE C/100	400	-	-	-	400
2	ABSORVENTE GRANULADO DE CO2 TIPO CAL SODADA, GALÃO COM 4.3 KG	GALÃO	-	-	20	-	20
3	ALGODÃO HIDRÓFILO 250GR -ALGODÃO EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS	PACOTE	600	-	-	-	600
4	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR -ALGODÃO EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE	PACOTE	1050	60	30	24	1164

*l*



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNIO E MACIO, COR BRANCA BOA ABSORVÊNCIA, INODORO. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALAGEM COM DADOS						
5	APARELHO DE BARBEAR TIPO PRESTOBARBA DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	200	-	200
6	ATADURA DE CREPOM 20 X 4,5CM. - CONTENDO 13 FIOS/CM 2. CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORME EM EMBALAGEM INDIVIDUAL (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS.	DÚZIA	700	-	30	-	730
7	COMPRESSA DE GAZE EM ROLO 91X91M 13 FIOS, TIPO QUEIJO	ROLO	800	36	400	-	1236
8	COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5CM - 100% ALGODÃO, COM 11 FIOS CM/2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO. PACOTE INDIVIDUAL COM 500 UNID.	PACOTE	100	-	100	-	200
9	COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5CM - 100% ALGODÃO, COM 11 FIOS CM/2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA, MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO. PACOTE INDIVIDUAL COM 500 UNID.	PACOTE	1940	-	50	-	1990
10	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PACOTE	360	-	24	-	384
11	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT - IMPERMEÁVEL, DE COR BRANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO , MASSA	ROLO	1200	24	300	-	1524

e





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGENAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM PROTETORA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA						
12	ESPARADRAPO HIPOALÉRGICO BRANCO 1,2 CM X 4,5 M	ROLO	240		25		265
13	ESPÁTULA DE AYRE, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	360	-	20	-	380
14	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA, TIPO CREPE, COM INDICADOR QUÍMICO 19MM X 30MT : ADESIVA NA FACE INTERNA. EMBALAGEM INDIVIDUAL	ROLO	700	-	100	-	800
15	FITA AUTOCLAVE COM INDICADOR QUÍMICO 19MM X 30MT . PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DORSO DE PAPEL CREPADO, DE COR VERDE, 28INALIZADOR VISUAL DE PASSAGEM PELO GÁS: ADESIVA NA FACE INTERNA. EMBALAGEM 30INDIVIDUAL	ROLO	650	-	100	-	750
16	FITAS REATIVAS PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA COMPATÍVEIS COM O APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE + CHIP, CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	-	-	30	-	30
17	FIXADOR CITOLÓGICO 100ML, COM SISTEMA SPRAY	FRASCO	360	-	-	-	360
18	GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, GALAO COM 5 LITROS.	GALÃO	-	-	6	-	6
19	GEL PARA ULTRASONOGRAFIA - MEIO DE CONTACTO PARA TRANSMISSÃO ULTRASONICA, TENS E FES, NÃO GORDUROSO, COM PROPRIEDADES HIDRATANTES E SOLÚVEL EM ÁGUA, PH NEUTRO. GALÃO C/ 5 LITROS, COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	GALÃO	120	-	24	-	144
20	HASTES FLEXÍVEIS COM ALGODÃO NAS EXTREMIDADES TIPO	CX	-	-	10	-	10



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	COTONETE, CAIXA COM 150 UNIDADES						
21	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.0	PAR	750	-	500	-	1250
22	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7.5	PAR	1000	-	3000	-	4000
23	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8.0	PAR	750	-	6000	-	6750
24	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL G - ISENTA DE PÓ. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDASTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	600	48	300	12	960
25	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL M - ISENTA DE PÓ. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDASTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2700	-	500	12	3212
26	LUVA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL P - ISENTA DE PÓ. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDASTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2200	120	300	12	2632
27	MÁSCARA COM MICRO NEBULIZADOR PARA OXIGÊNIO ADULTO	UNIDADE	-	-	50	-	50
28	MÁSCARA DESCARTÁVEL N95	UND	60	120	-	-	180
29	MÁSCARA DESCARTÁVEL P/ CIRURGIA TNT COM ELÁSTICO - COM FILTRO BFE	PACOTE	472	24	100	-	596



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	COM 98% DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICA, 100% POLIPROPILENO, CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICA, INODORO, COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS. PACOTE COM 100 UNIDADES.						
30	MÁSCARA FACIAL FLEXÍVEL DE SILICONE PARA ANESTESIA Nº 0	UNIDADE	-	-	10	-	10
31	MÁSCARA FACIAL FLEXÍVEL DE SILICONE PARA ANESTESIA Nº 1	UNIDADE	-	-	15	-	15
32	MÁSCARA FACIAL FLEXÍVEL DE SILICONE PARA ANESTESIA Nº 2	UNIDADE	-	-	20	-	20
33	MÁSCARA FACIAL FLEXÍVEL DE SILICONE PARA ANESTESIA Nº 3	UNIDADE	-	-	25	-	25
34	MÁSCARA FACIAL FLEXÍVEL DE SILICONE PARA ANESTESIA Nº 4	UNIDADE	-	-	30	-	30
35	MÁSCARA FACIAL FLEXÍVEL DE SILICONE PARA ANESTESIA Nº 5	UNIDADE	-	-	40	-	40
36	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO 50 X 50CM: PAPEL CREPADO, GRAU MÉDIO PARA ESTERILIZAÇÃO POR CALOR ÚMIDO (VAPOR), ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO.	CX C/500	31	-	06	-	37
37	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM X 100 M	BOBINA	-	-	2	-	2
38	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 100 M	BOBINA	-	-	6	-	6
39	PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE	UNIDADE	-	-	2.000	-	2000
40	TOUCA DESCARTÁVEL TNT NÚMERO 19, CX COM 100.	CX	220	-	25	-	245

**LOTE IV - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT ESF	QUANT LAB.	QUANT HOSP.	QUANT CAPS	QUANT TOTAL
1	AGULHA A VACUO 25X07CM, CX C/100 UNIDADES.	CX	-	60	-	-	60
2	AGULHA A VACUO 25X08CM, CX C/100 UNIDADES.	CX	-	60	-	-	60



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

3	AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 COM CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISELTRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO; COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	30000	-	2500	-	32500
4	AGULHA DESCARTÁVEL 20X5,5 COM CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISELTRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO; COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	4000	6000	1200	-	11200
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25X6 COM CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISELTRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO; COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNIDADE	8000	4800	-	2400	15200
6	AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 - COM CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISELTRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO; COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	8000	7200	2000	2400	19600
7	AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 COM CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISELTRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO; COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	UNIDADE	8000	-	-	-	8000
8	AGULHA DESCARTÁVEL 30X8 COM CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISELTRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO; COM	UNIDADE	6000	-	6000	-	12000



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO						
9	AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 COM CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISELTRIFACETADO, COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO; COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	UNIDADE	4000	-	7000	2400	13400
10	AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 25G X 3½" PONTA QUINCKE DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	100	-	100
11	AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 26G X 3½" PONTA QUINCKE DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	300	-	300
12	AGULHA PARA RAQUIANESTESIA 27G X 3½" PONTA QUINCKE DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	600	-	600
13	AGULHA PERIDURAL 18G X 3 ½"	UNIDADE	-	-	300	-	300
14	BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML, ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO COM VÁLVULA ANTI REFLUXO	UND	360	-	350	-	710
15	BOLSA DE COLOSTOMIA COM PLACA INTEGRADA	UNIDADE	24	-	-	-	24
16	BOLSA P/ COLOSTOMIA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 30MM DESCARTÁVEL, ADESIVO HIPOALÉRGICO ( PCT. C/10)	PACOTE	400	-	-	-	400
17	CATETER EPIDURAL 18G X 36" COM PONTA EM FORMATO DE OGIVA COM ORIFÍCIOS LATERAIS.	UNIDADE	-	-	300	-	300
18	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO TIPO ESCALPE Nº 19G	UNIDADE	-	-	200	-	200
19	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO TIPO ESCALPE Nº 21G	UNIDADE	-	-	600	-	600
20	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO TIPO ESCALPE Nº 23G	UNIDADE	-	-	600	-	600
21	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO TIPO ESCALPE Nº 25G	UNIDADE	-	-	100	-	100
22	CATETER INTRAVENOSO AGULHADO TIPO ESCALPE Nº 27G	UNIDADE	-	-	100	-	100
23	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 18G	UNIDADE	-	-	2.000	-	2.000
24	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 20G	UNIDADE	-	-	2.000	-	2.000
25	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 22G	UNIDADE	-	-	200	-	200
26	CATETER INTRAVENOSO TIPO JELCO Nº 24G	UNIDADE	-	-	200	-	200
27	CATETER NASAL DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO	UNIDADE	-	-	2.000	-	2.000



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

28	COLETOR GINECOLÓGICO PARA PREVENÇÃO COM SUPORTE PARA LÂMINA	UNIDADE	-	-	100	-	100
29	CONECTOR MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP TIPO POLIFIX	UNIDADE	-	-	3.000	-	3.000
30	CONJUNTO CATETER EPIDURAL 18 G + AGULHA TUOHY 18G ESTÉRIL DESCARTÁVEL.	UNIDADE	-	-	100	-	100
31	COPO PARA TRANSPORTE DE LÂMINAS, COM TAMPA ROSCADA.	UNIDADE	1200	-	-	-	1200
32	DESCARTEX: RECIPIENTE PARA COLETA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL PERFURO E CORTANTE POTENCIALMENTE INFECTADO, CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	CX C/10	160	48	220	06	434
33	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA TIPO PRESERVATIVO	UND	2000	-	-	-	2000
34	DRENO PENROSE TIPO LÁTEX ESTÉRIL Nº 1	PACOTE COM 10 UNIDADES	-	-	10	-	10
35	DRENO PENROSE TIPO LÁTEX ESTÉRIL Nº 2	PACOTE COM 10 UNIDADES	-	-	10	-	10
36	DRENO PENROSE TIPO LÁTEX ESTÉRIL Nº 3	PACOTE COM 10 UNIDADES	-	-	10	-	10
37	DRENO PENROSE TIPO LÁTEX ESTÉRIL Nº 4	PACOTE COM 10 UNIDADES	-	-	10	-	10
38	ELETRODOS CARDÍACOS ADULTO	UNIDADE	-	-	6.500	-	6.500
39	EQUIPO ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE	UNIDADE	-	-	500	-	500
40	EQUIPO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE DROGAS PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEIS EM BOMBAS DE INFUSÃO	UNIDADE	-	-	50	-	50
41	EQUIPO MACROGOTAS DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA COM INJETOR LATERAL	UNIDADE	1600	-	3000	-	4600
42	EQUIPO MICROGOTAS DESCARTÁVEL PARA INFUSÃO INTRAVENOSA COM INJETOR LATERAL	UNIDADE	600	-	100	-	700
43	EQUIPO NÃO FOTOSSENSÍVEL PARA INFUSÃO DE DROGAS PARENTERAIS EM BOMBAS DE INFUSÃO	UNIDADE	-	-	100	-	100
44	EQUIPO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL	UNIDADE	7200	-	-	-	7200
45	ESPECULO DESCARTÁVEL M	PACOTE	7200	-	-	-	7200
46	ESPECULO DESCARTÁVEL P	PACOTE	7200	-	-	-	7200
47	EXTENSOR PARA EQUIPO 20 CM	UNIDADE	-	-	3.000	-	3000
48	FRASCO PARA COLETA DE MATERIAL (ESCARRO), ESTÉRIL, COM TAMPA ROSCADA E PALHETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UNIDADE	10000	12000	-	-	22000



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

49	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	UNIDADE	7200	-	-	7200	
50	GARROTE PARA FLEBOTOMIA DE BORRACHA, METRO.	METRO	50	200	25	10	285
51	<u>KIT DE CATETER DUPLO LÚMEN VENOSO CENTRAL PARA INFUSÃO, 7FR X 20CM</u>	UNIDADE	-	-	50	-	50
52	LÂMINA BISTURI Nº 11. AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBOS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,	UND	2000	-	600	-	2600
53	LÂMINA BISTURI Nº 15. AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBOS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,	UND	7500	3600	600	-	11700
54	LÂMINA BISTURI Nº 20. AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBOS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	2000	-	400	-	2400
55	LÂMINA BISTURI Nº 23. AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBOS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	-	-	400	-	400
56	LÂMINA BISTURI Nº 24. AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE REBARBOS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	-	-	400	-	400



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

57	LÂMINA PARA MICROSCOPIA, PONTA FOSCA, 26X76MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	360	96	12	-	468
58	LAMÍNULA 24X50 MM, CX COM 100UND	CX	-	45	06	-	51
59	MANGUEIRA DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO REF. 203 (6MM X 10MM)	METRO	-	-	60	-	60
60	PRENDEDOR PARA CORDÃO UMBILICAL TIPO CLAMP ESTÉRIL	UNIDADE	-	-	1.500	-	1500
61	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDO COR AZUL	UNIDADE	-	-	1.500	-	1500
62	SACO COLETOR DE URINA 2000ML	UNIDADE	15000	-	-	-	15000
63	SACO COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO	PCTE C/20	600	-	-	-	600
64	SACO COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	PCTE C/20	300	-	-	-	300
65	SCALP19G - DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM	UNIDADE	3500	-	-	-	3500
66	SCALP21G - DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM	UNIDADE	5000	-	-	-	5000
67	SCALP23G - DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM	UNIDADE	6000	3600	-	-	9600
68	SCALP25G - DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM	UNIDADE	1000	-	-	-	1000





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

69	SCALP27G - DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA. COMPOSTO DE CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL, PAREDE FINA, SILICONIZADA, BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO, COM PROTETOR FIRME, ASA LISA, FLEXÍVEL TUBO TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, APIROGÊNICO. EMBALAGEM	UNIDADE	500	-	-	-	500
70	SERINGA DE VIDRO COM BICO DE VIDRO DE 10 ML PARA ANESTESIA EPIDURAL	UNIDADE	-	-	20	-	20
71	SERINGA DESC. 10ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, BICOLUERLOCK ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	5000	12000	4500	-	21500
72	SERINGA DESC. 20ML SEM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	12000	6000	4500	-	22500
73	SERINGA DESC. 3ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, BICOLUERLOCK ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	10000	-	3500	2400	15900
74	SERINGA DESC. 5ML COM AGULHA - CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, BICOLUERLOCK ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	10000	10000	4500	2400	26900
75	SERINGA DESC. PARA INSULINA 1ML - CONFECCIONADA EM	UNIDADE	50000	-	2500	-	52500



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO COM AGULHA 13 X 4,5.						
76	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES E CATARRO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS. COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E CONECTOR. PODEM APRESENTAR OU NÃO VÁLVULA DE PRESSÃO QUE PERMITE VARIAÇÕES NAS PRESSÕES DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PROPORCIONANDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO.	UND	1500	-	-	-	1500
77	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES E CATARRO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS. COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E CONECTOR. PODEM APRESENTAR OU NÃO VÁLVULA DE PRESSÃO QUE PERMITE VARIAÇÕES NAS PRESSÕES DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PROPORCIONANDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO.	UND	3000				3000
78	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 SONDA PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES E CATARRO DO SISTEMA RESPIRATÓRIO E VIAS AÉREAS. COMPOSTO DE TUBO DE PVC ATÓXICO, FLEXÍVEL E CONECTOR. PODEM APRESENTAR OU NÃO VÁLVULA DE PRESSÃO QUE PERMITE VARIAÇÕES NAS PRESSÕES DE SUCCÃO DE SECREÇÕES PROPORCIONANDO PERFORMANCE MUITO SUPERIOR NO PROCEDIMENTO.	UND	1500	-	-	-	1500
79	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 06 - TRANSPARENTE, AUTROUMÁTICO, SILICONIZADO COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,	UNIDADE	5000	-	-	-	5000



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	DATA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE						
80	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 08 - TRANSPARENTE, AUTROUMÁTICO, SILICONIZADO COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	5000	-	150	-	5150
81	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 10 - TRANSPARENTE, AUTROUMÁTICO, SILICONIZADO COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	10000	-	50	-	10050
82	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 12 - TRANSPARENTE, AUTROUMÁTICO, SILICONIZADO COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	5000	-	-	-	5000
83	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 14 - TRANSPARENTE, AUTROUMÁTICO, SILICONIZADO COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	4000	-	-	-	4000
84	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº. 18 - TRANSPARENTE, AUTROUMÁTICO, SILICONIZADO COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS CONECTOR UNIVERSAL. ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	UNIDADE	3000	-	-	-	3000
85	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM	UNID	36	-	-	-	36



Comissão de Licitação  
Fl. 308  
Morada Nova - CE

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGAPERFURADA. CALIBRE: Nº 06 COM BALÃO (5CC)						
86	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 08 COM BALÃO (5CC)	UND	36	-	-	-	36
87	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 10 COM BALÃO (5CC)	UND	36	-	-	-	36
88	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-	UND	48	-	-	-	48

*Q*




ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 12 COM BALÃO (5CC)						
89	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 14 COM BALÃO (5CC)	UND	160	-	300	-	460
90	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 16 COM BALÃO (5CC).	UND	200	-	300	-	500
91	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS	UND	200	-	200	-	400



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 18 COM BALÃO (5CC)						
92	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 20 COM BALÃO (5CC)	-	160	-	-	-	160
93	SONDA DE FOLLEY DUAS VIAS 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA COM DOIS ORIFÍCIOS DE DRENAGEM ARREDONDADOS E LISOS. O Nº DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO IMPRESSOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, BALÃO E SONDA FUNDIDOS EM UMA ÚNICA PEÇA, VÁLVULA CODIFICADA POR COR. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM EXTERNA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO E INTERNA COM MANGA PERFURADA. CALIBRE: Nº 22 COM BALÃO (5CC)	-	100	-	-	-	100
94	SONDA DE FOLLEY TRÊS VIAS, 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A	-	36	-	-	-	36



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: Nº 16 COM BALÃO(5CC).						
95	SONDA DE FOLLEY TRÊS VIAS, 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: Nº 18 COM BALÃO(5CC).	-	48	-	-	-	48
96	SONDA DE FOLLEY TRÊS VIAS, 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE	-	36	-	-	-	36

4



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: Nº 20 COM BALÃO(5CC).						
97	SONDA DE FOLLEY TRÊS VIAS, 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: Nº 22 COM BALÃO(5CC).	-	36	-	-	-	36
98	SONDA DE FOLLEY TRÊS VIAS, 100% LÁTEX - CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL, COM DOIS ORIFÍCIOS ARREDONDADOS E LISOS. O NUMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÃO ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL. E PERMANENTE. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E 1TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA , CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO. CALIBRE: Nº 24 COM BALÃO(5CC).	-	36	-	-	-	36
99	SONDA GASTRONÔMICA Nº20	UND	48	-	-	-	48
100	SONDA NASOENTERAL/NASOGÁSTRICA Nº06 DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA	UND	15	-	-	-	15





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO; ESPESSURA DA Sonda: 6MM; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.						
101	SONDA NASOENTERAL/NASOGÁSTRICA Nº08 DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO; ESPESSURA DA Sonda: 6MM; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UND	15	-	-	-	15
102	SONDA NASOENTERAL/NASOGÁSTRICA Nº10 DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO	UND	50	-	-	-	50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO; ESPESSURA DA Sonda: 6MM; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.						
103	SONDA NASOENTERAL/NASOGÁSTRICA Nº12 DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO; ESPESSURA DA Sonda: 6MM; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UND	15	-	-	-	15
104	SONDA NASOENTERAL/NASOGÁSTRICA Nº14 DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO; ESPESSURA DA Sonda: 6MM; ESTÉRIL; ATÓXICA;	UND	15	-	-	-	15



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.						
105	SONDA NASOENTERAL/NASOGÁSTRICA Nº16 DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO; ESPESSURA DA SONDA: 6MM; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UND	30	-	-	-	30
106	SONDA NASOENTERAL/NASOGÁSTRICA Nº18 DISPOSITIVO PARA INTRODUÇÃO EM ÓRGÃOS CORPORAIS PARA DRENAGEM DE FLUIDOS (SECREÇÕES OU EXCREÇÕES) OU DE ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES DIVERSAS (HIDRATAÇÃO, CONTRASTES, MEDICAMENTOS), EM CASO DE SONDAS RESPIRATÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. GÁSTRICA E NASOGÁSTRICA PARA DRENAGEM GÁSTRICA E INTRODUÇÃO DE SOLUÇÃO E MEDICAÇÃO NO TRATO GÁSTRICO; ESPESSURA DA SONDA: 6MM; ESTÉRIL; ATÓXICA; APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL (USO ÚNICO); TODAS AS SONDAS DESCARTÁVEIS SÃO COMPOSTAS DE TUBO DE PVC ATÓXICO FLEXÍVEL COM MODELO DE FURAÇÃO ESPECÍFICA E CONECTOR COM TAMPA.	UND	15	-	50	-	65



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

107	SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL Nº14	UNIDADE	400	-	-	-	400
108	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, CILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	10000	-	-	-	10000
109	SONDA URETRAL Nº 10 - DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, CILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	10000	-	-	-	10000
110	SONDA URETRAL Nº 12 - DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, CILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	10000	-	100	-	10100
111	SONDA URETRAL Nº 14 - DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, CILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	10000	-	100	-	10100
112	SONDA URETRAL Nº 16 - DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, CILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UNIDADE	5000	-	100	-	5100
113	SONDA URETRAL Nº 18 - DESCARTÁVEL CONFECIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICO, CILICONIZADO, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU	UNIDADE	5000	-	-	-	5000




ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTE						
114	TORNEIRA TRÊS VIAS	UNIDADE	-	-	100	-	100
115	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 3.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	20	-	20
116	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 3.5 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	20	-	20
117	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 4.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	20	-	20
118	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 4.5 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	20	-	20
119	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 5.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	20	-	20
120	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 5.5 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	20	-	20
121	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 6.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	25	-	25
122	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 6.5 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	25	-	25
123	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 7.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	60	-	60
124	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 7.5 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	60	-	60
125	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 8.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	50	-	50
126	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO/CUFF Nº 8.5 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	30	-	30
127	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO/CUFF Nº 3.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	30	-	30
128	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO/CUFF Nº 3.5 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	30	-	30
129	TUBO/SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO/CUFF Nº 4.0 MM ESTÉRIL DESCARTÁVEL	UNIDADE	-	-	30	-	30

LOTE V - FIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT ESF	QUANT HOSP	QUANT TOTAL
1	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO ALGODÃO/POLIESTER Nº 0, APROXIMADAMENTE 75	CAIXA COM 24 UNIDADES	-	18	18



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, NO MÍNIMO 3 CM, PONTA CÔNICA				
2	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO ALGODÃO/POLIESTER Nº 2-0, APROXIMADAMENTE 75 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, NO MÍNIMO 3 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 24 UNIDADES	-	12	12
3	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO CAT GUT CROMADO Nº 0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	CAIXA COM 24 UNIDADES	-	50	50
4	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO CAT GUT CROMADO Nº 1-0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	CAIXA COM 24 UNIDADES	-	50	50
5	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO CAT GUT CROMADO Nº 2-0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	CAIXA COM 24 UNIDADES	05	40	45
6	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO CAT GUT CROMADO Nº 3-0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	CAIXA COM 24 UNIDADES	-	12	12
7	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO NYLON Nº 0, APROXIMADAMENTE 45 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, NO MÍNIMO 3 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 24 UNIDADES	-	24	24
8	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO NYLON Nº 0, LAÇADO APROXIMADAMENTE 150 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, NO MÍNIMO 3,5 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 24 UNIDADES	-	24	24
9	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO NYLON Nº 2-0, APROXIMADAMENTE 45 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, NO MÍNIMO 3 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 24 UNIDADES	15	12	27
10	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO NYLON Nº 3-0, APROXIMADAMENTE 45 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, NO MÍNIMO 3,5 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 24 UNIDADES	60	24	84
11	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO NYLON Nº 4-0, APROXIMADAMENTE 45 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, NO MÍNIMO 2,5 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 24 UNIDADES	05	24	29
12	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO NYLON Nº 5-0, APROXIMADAMENTE 45 CM COM AGULHA 3/8 CÍRCULO, NO MÍNIMO 2 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 24 UNIDADES	05	12	17
13	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO POLIGLACTINA 910 OU VICRYL Nº 0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 36 UNIDADES	-	30	30
14	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO POLIGLACTINA 910 OU VICRYL Nº 1-0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 36 UNIDADES	-	30	30
15	FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA TIPO POLIGLACTINA 910 OU VICRYL Nº 2-0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, NO MÍNIMO 3,5 CM, PONTA CÔNICA	CAIXA COM 36 UNIDADES	-	18	18
16	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 2.0 APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	UND	120	-	120
17	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 3.0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	UND	120	-	120



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

18	FIO DE SUTURA CAT-GUT SIMPLES 4,0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	UND	120	-	120
19	FIO DE SUTURA NYLON 6,0, APROXIMADAMENTE 70 CM COM AGULHA ½ CÍRCULO, NO MÍNIMO 4 CM, PONTA CÔNICA.	UND	120	-	120
20	FIO GUIA/MANDRIL PARA INTUBAÇÃO ADULTO/INFANTIL COM BOTÃO DE REGULAGEM	UNIDADE	-	10	10

**LOTE VI - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PERMANENTE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT ESF	QUANT HOSP	QUANT TOTAL
1	ALMOTOLIA PLÁSTICA INCOLOR 500 ML	UNID	150	30	180
2	APARELHO DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL COMPLETO, COM MANGUITO, PERA, BRAÇADEIRA, MONÔMETRO E ESTETOSCÓPIO.	UND	45	12	57
3	APARELHO PARA AEROSOL (NEBULIZAÇÃO) COMPLETO COM MASCARAS ADULTO E INFANTIL 220V	UND	60	-	60
4	CANULA DE GUEDEL Nº 1	UNIDADE	-	5	5
5	CANULA DE GUEDEL Nº 2	UNIDADE	-	5	5
6	CANULA DE GUEDEL Nº 3	UNIDADE	-	5	5
7	CANULA DE GUEDEL Nº 4	UNIDADE	-	5	5
8	CONJUNTO DE VENTILAÇÃO MANUAL PARA ANESTESIA INFANTIL BARAKA COM BALÃO 1,0 L SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM TRAQUEIA DE SILICONE + ENTRADA E MASCARA DE GÁS.	UNIDADE	-	10	10
9	CONJUNTO DE VENTILAÇÃO MANUAL ADULTO KT-5 COM BALÃO 2,3 L SILICONE AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	-	20	20
10	KIT LARINGOSCÓPIO + LÂMINAS CURVAS ADULTA (1, 2, 3, 4 E 5) EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	-	3	3
11	KIT PARA NEBULIZADOR ADULTO	UND	100	-	100
12	KIT PARA NEBULIZADOR INFANTIL	UND	100	-	100
13	TERMÔMETRO CLÍNICO PARA AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL	UNIDADE	120	40	160

**LOTE VII - FRALDAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT ESF
1	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.	UND	2000
2	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.	UND	4500
3	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.	UND	6000
4	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XXG - COM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FLUXO, COM ALOE VERA. COM FITAS ADESIVAS	UND	7000



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

	REPOSICIONÁVEIS QUE PERMITE ABRIR E FECHAR SEM ESTRAGAR A FRALDA. COM ELASTANO PARA AJUSTE NA PERNA E CINTURA AJUSTÁVEL.		
5	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO EXTRA GRANDE - PACOTE C/ 30 UNID. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PACOTE	360
6	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO GRANDE - PACOTE C/ 30 UNID. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PACOTE	100
7	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - PACOTE C/ 30 UNID. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PACOTE	100
8	FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENA - PACOTE C/ 30 UNID. COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PACOTE	100

**LOTE VIII - MEDICAÇÃO DE CONTROLE ESPECIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT HOSP	QUANT CAPS	QUANT TOTAL
1	CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML	AMPOLA COM 2 ML	200	-	200
2	CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML	AMPOLA COM 10 ML	300	-	300
3	CLORIDRATO CETAMINA 50 MG/ML	FRASCO AMPOLA 10 ML	100	-	100
4	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG/ML	AMPOLA COM 1 ML	50	-	50
5	DIAZEPAM 5 MG/ML	AMPOLA COM 2 ML	300	-	300
6	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMPOLA COM 10 ML	20	-	20
7	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	AMPOLA COM 5 ML	50	-	50
8	HALOPERIDOL 5MG/ML, 1ML	AMPOLA	-	600	600
9	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	AMPOLA COM 1ML	-	300	300
10	MIDAZOLAM 5 MG/ML	AMPOLA COM 3 ML	600	-	600
11	PROPOFOL 10 MG/ML	AMPOLA COM 20 ML	500	-	500
12	SEVOFLURANO 100%	FRASCO AMPOLA COM 100 ML	100	-	100
13	SULFATO DE MORFINA 0,2 MG/ML	AMPOLA COM 1 ML	1.200	-	1.200
14	SULFATO DE MORFINA 1 MG/ML	AMPOLA COM 2 ML	500	-	500
15	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML	AMPOLA COM 1 ML	400	-	400
16	TRAMADOL 100 MG/2ML	AMPOLA 2 ML	2.000	-	2.000

**LOTE IX - RX**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT HOSP	QUANT TOTAL
1	AVENTAL PLUMBÍFERO PADRÃO 120 X 75 CM TAMBÉM CONHECIDO COMO AVENTAL DE CHUMBO PARA PROFISSIONAIS QUE UTILIZEM RAIOS X DIAGNÓSTICOS. EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25 MM. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEÁVEL	UND	01	01
2	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOLÓGICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO. ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONANDO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE	UND	4	4





ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTER ANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 18 X 24 CM.			
3	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOLÓGICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO. ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTER ANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 24 X 30 CM	UND	4	4
4	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOLÓGICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO. ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTER ANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 30 X 40 CM.	UND	4	4
5	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOLÓGICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO. ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTER ANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 35 X 35 CM.	UND	4	4
6	CHASSI RADIOGRÁFICO + ECRAN BASE VERDE COM JANELA. TAMBÉM CONHECIDO COM CHASSI RADIOLÓGICO PARA PELÍCULAS DE RAIOS X, FABRICADO EM ALUMÍNIO E CANTOS EM NYLON DE ALTO IMPACTO. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE FECHAMENTO COM TRAVAS TIPO PUSH, JANELA DE IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO. ÁREA INTERNA REVESTIDA EM ESPUMA MANTENDO O PERFEITO CONTATO ENTRE O FILME E ECRANS PROPORCIONADO NITIDEZ E QUALIDADE DE IMAGEM. ECRAN BASE VERDE ELABORADO COM COMPOSTOS DE TERRAS RARAS, LAVÁVEL, COM BASE EM POLIESTER ANTI-ESTÁTICO. NO TAMANHO 35 X 43 CM	UND	4	4
7	EXAUSTOR CÂMARA ESCURA EM AÇO PINTADO, 220V. INDICADO PARA CIRCULAÇÃO DO AR DENTRO DA CÂMARA ESCURA DE SALAS DE RAIOS X DIAGNÓSTICOS. FABRICADO EM AÇO TRATADO E PINTADO TOTALMENTE À PROVA DE LUZ COM MOTOR DE 1280 RPM. EQUIPAMENTO DE USO OBRIGATÓRIO CONFORME PORTARIA 453 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TAMANHO: 400 X 300 X 300 MM	UND	01	01
8	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 18X24 CM	CAIXA	50	50
9	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 24X30 CM	CAIXA	50	50
10	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, COM	CAIXA	50	50



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

	DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 30X40 CM			
11	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 35X35 CM	CAIXA	50	50
12	FILMES RADIOLÓGICOS. DE BASE VERDE. DO TIPO BI EMULSIONADO E DE GRÃOS SUPERFINOS. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE. TAMANHO: 35X43CM	CAIXA	50	50
13	KIT DE FIXADOR LIQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38L. COMPOSTO DE 01 PARTE A C/ 9,5 LITROS, 01 PARTE B C/ 0,950+0,950 LITROS DE ENDURECEDOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	CAIXA	30	30
14	KIT DE REVELADOR LIQUIDO CONCENTRADO PARA PREPARO DE 38L. COMPOSTO DE 01 PARTE A C/ 9,5 LITROS, 01 PARTE B C/ 0,950 LITROS E 01 PARTE C C/ 0,950 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE.	CAIXA	30	30
15	NEGATOSCÓPIO PADRÃO DE 2 CORPOS, CONSTRUÍDO COM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA E ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR.	UND	01	01
16	NÚMEROS DE 0 A 9 DE CHUMBO COM BASE EM PVC COM ALTURA DE 10 MM CONTENDO CINCO ALGARISMOS DE CADA, TOTALIZANDO 50 NÚMEROS. ACOMPANHA CANALETA PARA COMPOSIÇÃO DAS PALAVRAS, MAIS LETRAS D E E.	CAIXA	1	1
17	ÓCULOS PLUMBÍFERO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA RADIOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM ACRÍLICO E LENTES DE VIDRO PLUMBÍFERO, COM PROTEÇÃO FRONTAL DE 0,75 MMPB. PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	01	01
18	PORTA AVENTAL PLUMBÍFERO (AVENTAL DE CHUMBO) DE PAREDE COM APOIO CILINDRICO E CAPACIDADE PARA 3 AVENTAIS PLUMBÍFEROS. FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. PRODUZIDO EM AÇO TRATADO E PINTADO E CILINDRO EM PVC PINTADO.	UND	01	01
19	RÉGUA ESCANOGRÁFICA EM ACRÍLICO P/ RADIOLOGIA. TAMANHO MÍNIMO DE 120 CM FABRICADO EM ACRÍLICO COM NUMERAÇÃO E MARCADORES EM CHUMBO ONDE PERMITE NÍTIDA OBSERVAÇÃO EM EXAMES RADIOLÓGICOS.	UND	01	01

**LOTE X - MATERIAL LABORATORIAL**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT LAB.	QUANT TOTAL
1	ADAPTADOR PARA AGULHA DE COLETA Á VÁCUO	UND	60	60
2	BANDAGEM ADESIVA ADULTA, CX COM 100	CX	36	36
3	CABO PARA BISTURI Nº03	UND	15	15
4	PIPETA PARA HEMOSSSEDIMENTAÇÃO (VHS) 300ML	UND	50	50
5	TUBO PARA COLETA A VACUO COM GEL SEPARADOR (BIOQUIMICA)	CX C/100	120	120
6	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TAMPA CINZA COM FLUORETO C/100	CX C/100	120	120
7	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 4ML TAMPA ROXA EDTA C/100	CX C/100	120	120



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



8	PLACA DE KLINE VIDRO 6X8CM	UNID	10	10
---	----------------------------	------	----	----

LOTE XI - REAGENTES DE TRABALHO - LABORATÓRIO				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT LAB	QUANT TOTAL
1	ANTICOAGULANTE PARA GLICOSE: EDTA E FLUORETO DE POTÁSSIO, KIT	KIT	12	12
2	ANTICOAGULANTE PARA HEMATOLOGIA (EDTA), KIT	KIT	12	12
3	REAGENTE DE ZIEHL NEELSON, CONTENDO FUCSINA FUNICADA, ALCOOL-ÁCIDO CLORÍDRICO E AZUL DE METILENO	KIT	48	48
4	PAPEL FILTRO PARA COAGULOGRAMA, PACOTE COM 100	PCTE	48	48
5	REAGENTE BHCG (TESTE DE GRAVIDEZ), CX C/50	CX	60	60
6	REAGENTE LÁTEX (FR)	KIT	36	36
7	REAGENTE PARA TIPAGEM SANGUINEA ABO, CONTENDO ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB E ANTI-D.	KIT	36	36
8	REAGENTE PCR (PROTEÍNA C REATIVA)	KIT	36	36
9	REAGENTE SEROLATEX (ASO)	KIT	36	36
10	REAGENTE VDRL	KIT	48	48
11	TUBO PARA HEMÓLISE, PACOTE COM 100	PCTE	48	48

#### CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

#### EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

##### A) HABILITAÇÃO JURÍDICA

a.1) **REGISTRO COMERCIAL**, no caso de empresa, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) cópia(s) do(s) CPF e RG do(s) sócio(s) da empresa.

a.2) **ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO** em vigor, devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz, acompanhado da(s) cópia(s) do(s) CPF e RG do(s) sócio(s) da empresa..

a.3) **INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.

a.4) **DECRETO DE AUTORIZAÇÃO**, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

a.5) **REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS**, no caso de cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos:

I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



- II) Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria e conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
- III) Ata de fundação da cooperativa;
- IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
- V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
- VI) Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
- VII) Editais das 03 últimas assembléias gerais extraordinárias.

a.6) **CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL**, no caso de licitante inscrita no Cadastro de Fornecedores do Município de MORADA NOVA, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no item 7.6.

I) O Certificado exigido acima é obrigatório somente para o licitante que queira substituir documento conforme o estabelecido no item 7.6.

#### B) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

b.1) Apresentar o **BALANÇO PATRIMONIAL** e demonstrações contábeis do último exercício social (2016), já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

b.1.1) A comprovação da boa Situação Financeira atestada por documento, assinado por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial do licitante, demonstrando que a empresa apresenta índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um vírgula zero), calculada conforme a fórmula abaixo:

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PELP} \geq 1,0$$

Onde:

**LG** – Liquidez Geral;  
**AC** – Ativo Circulante;  
**ARLP** – Ativo Realizável a Longo Prazo;  
**PC** – Passivo Circulante;  
**PELP** – Passivo Exigível a Longo Prazo;

b.1.2) As empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação, se declarado em Credenciamento, ficarão isentas de apresentação do que se refere este item, conforme art. 25, c/c art. 26, parágrafo 2º e art. 27 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, mediante apresentação:

I) Declaração Anual do Simples Nacional.

b.1.3) No caso de sociedade por ações, o balanço deverá ser acompanhado da publicação em jornal oficial, em jornal de grande circulação e do registro na Junta Comercial;



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

- b.1.4) No caso das demais sociedades empresariais, o balanço deverá ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diário – estes termos devidamente registrados na Junta Comercial – constando ainda, no balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito por contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa;
- b.1.5) No caso de empresa recém-construída (há menos de 01 ano), deverá ser apresentado o balanço de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial, constando no Balanço o número do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo titular ou representante legal da empresa.

Parágrafo Primeiro: A(s) Empresa(s) vencedora(s) do(s) lotes terá que comprovar possuir PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO não inferior a 10% (dez por cento) da estimativa de custos, que deverá ser comprovado através da apresentação do Balanço Patrimonial, em conformidade ao art. 31, parágrafo 3º da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo Segundo: Caso a licitante vença mais de 01 (um) lote, o valor do patrimônio líquido deverá corresponder ao somatório dos lotes dos quais for vencedor.

- b.2) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA** expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica.
- b.3) **CERTIDÃO SIMPLIFICADA E ESPECÍFICA**, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data da licitação.

- I) No caso da licitante ser filial terá que apresentar as certidões de sua filial e matriz.
- II) No caso de cooperativa, está dispensada a apresentação da Certidão exigida no item “b.2” acima.

**C) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

- c.1) **PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ)**;
- c.2) **PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL**, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;
- c.3) **PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL** da sede ou filial do licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentarem **igualdade de CNPJ**.

- I) CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS À TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.**
- II) CERTIDÃO QUANTO À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO ICMS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;**
- III) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELO SETOR COMPETENTE DO MUNICÍPIO DA SEDE DO DOMICÍLIO DO LICITANTE.**

- c.4) **CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRF) OU EQUIVALENTE**, perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.
- c.5) **Prova de situação regular fiscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO)**, alterada pela portaria conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

Comissão de Licitação  
FL. 326  
Morada Nova - CE

- c.6) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdição da sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.
- c.7) ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO emitido pelo órgão competente;
- c.8) c.9) Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar **igualdade de CNPJ** ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.
- c.9) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.
- c.10) As certidões de comprovação de regularidade, exigidas neste edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos **30 (trinta) dias anteriores à data de abertura do certame.**

#### D) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- d.1) Apresentar pelo menos **01 (um) Atestado** fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando aptidão pelo concorrente para desempenho de atividade compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação.
- d.2) **Certificado de Registro no Conselho Regional de Farmácia da sede da empresa;**
- d.3) **Comprovação de Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE).** A empresa que produz e/ou comercializa medicamentos sujeitos a controle especial deverá entregar comprovação da AFE especial, conforme determina a Portaria nº 344, de 12/05/98, emitida pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde ou cópia legível de sua publicação no Diário Oficial da União - D.O.U.
- d.4) **Comprovação de Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária do Município sede da licitante ou Estadual.**
- d.5) Apresentar memorial fotográfico Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum documento de água, luz, telefone, outros, que comprove o funcionamento da empresa a participante do certame.
- d.5.1) A comprovação do documento terá que ser emitido com a mesma razão social da empresa, não serão aceitos documentos de comprovação de endereço emitidos em hipótese alguma em nome de pessoa física, mesmos estas sendo sócio(s) e ou Proprietário da empresa.

#### CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

Para julgamento das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO POR LOTE**, para entrega no local determinado pela Administração.

Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço do item/lote e o respectivo valor estimado para a contratação.

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

Sendo aceitável a proposta classificada de menor preço, ou seja, em primeiro lugar, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação, para confirmação das suas condições habilitatórias, seja com base na documentação apresentada ou possuir CRC válido, emitido pela Prefeitura Municipal de MORADA NOVA que atenda aos requisitos previstos na legislação geral.

Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o lote.



**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**



O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de **48 (quarenta e oito) horas** após o encerramento deste pregão, a proposta escrita de preços contemplando o lance final ofertado - **PROPOSTA CONSOLIDADA**.

Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes.

### **ENTREGA DO OBJETO E DO PAGAMENTO**

Os produtos deverão ser entregues nos locais a serem definidos pela SECRETARIA REQUISITANTE, no prazo máximo de **05 (cinco) dias**, a partir da solicitação.

Caso a empresa vencedora do certame não tenha empresa ou filial na sede do município de MORADA NOVA, a mesma terá que ter representação no município para desempenhar o contrato de acordo com o que se pede na cláusula acima.

Os produtos entregues pela licitante vencedora estarão sujeitos à aceitação plena pelo órgão recebedor.

A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação poderá designar uma Comissão de Recebimento, cujo propósito será a conferência dos produtos entregues com as especificações contidas na proposta de preços da Contratada. Caso a mercadoria entregue esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta de preços, a Comissão rejeitará o recebimento do mesmo.

A Contratada ficará obrigada a trocar, imediatamente, sem ônus para a origem desta licitação, a mercadoria que vier a ser recusado.

O pagamento será efetuado após o recebimento dos materiais, devidamente atestados pelo Setor Competente e/ou pela Comissão Recebedora, devendo ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data do recebimento do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.

### **OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;

Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

### **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo e na proposta vencedora do certame;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

Comissão de Licitação  
FL. 328  
Morada Nova - CE

Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual.

Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual.

Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, no prazo fixado pelo Gestor do Contrato.

Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual cuja conduta considerada pela fiscalização da CONTRATANTE.

Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em desconformidades com as especificações constantes no Termo de Referência, contado da sua notificação. Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo imediato, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.

### **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções:

a) Advertência.

b) Multas de:

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE.

b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 (trinta) dias;

b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos materiais.

b.4) O valor da multa referida nestas cláusulas será descontado "ex-offício" da CONTRATADA, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA**

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitação.

As sanções previstas nos itens antecedentes serão aplicadas pela autoridade competente, assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatário, o contraditório e ampla defesa, nos seguintes prazos e condições:

a) de 05 (cinco) dias úteis nos casos de advertência e de suspensão, e de 10 (dez) dias úteis da abertura de vista do processo, no caso de declaração de inidoneidade para licitar com o Município de MORADA NOVA.

**AVALIAÇÃO DO CUSTO**

O custo estimado total da presente licitação é o constante da tabela de preços médio derivada das coletas de preços a serem realizadas no mercado pelo Departamento de Compras e Serviços.

*(TERMO DE REFERÊNCIA TRANSCRITO NA ÍNTEGRA, CONFORME TERMO ORIGINAL)*

**JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO**  
Pregoeiro Oficial  
**Prefeitura Municipal de MORADA NOVA**