



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA



AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº PP-002/2020 - SESA

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (HOSPITALAR, LABORATORIAL, ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS, DENTRE OUTROS), DESTINADOS A EQUIPAR O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

**ORIGEM DA LICITAÇÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MORADA NOVA.

**DATA DE ABERTURA:** 18 DE FEVEREIRO DE 2020

**HORARIO:** 08:00H

Vimos por meio deste aviso comunicar aos interessados que, a informação constante no TERMO DE REFERÊNCIA do EDITAL do **PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2020 - SESA**, passa a configurar com a seguinte leitura:

**LOTE II - MATERIAL ESF E HRFGO, Item 07**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	ESF	HRFGO	TOTAL
7)	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO EXTERNO QUE MEDE A TEMPERATURA ATUAL, MÁXIMA E MÍNIMA DO CONTEÚDO INTERNO. TERMOMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA. REVESTIMENTO INTERNO EM POLIURETANO QUE AUXILIA NO ISOLAMENTO TÉRMICO. CAPACIDADE PARA 15 LITROS. TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR. FUNÇÃO °C E °F. DIMENSÕES INTERNAS EM CM (H X L X C) 24,0 X 21,7 X 31,7. DIMENSÕES EXTERNAS EM CM (H X L X C) 29,5 X 26,0 X 38,5. ALÇA EM POLIPROPILENO. PAREDE INTERNA EM POLIESTIRENO. PAREDE EXTERNA EM POLIETILINO DE ALTA DENSIDADE. ENTRE PAREDES DE POLIURETANO. ACABAMENTO DOBRADIÇAS NA TAMPA. CARACTERÍSTICAS DO TERMOMÉTRO: MEDIDAS 60X39X16MM. TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E SENSOR. RESISTENTE A ÁGUA. FUNÇÃO °C,°F.	UND	01		01

**LOTE III -URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, Item 01**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	ESF	TOTAL
1)	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 360 JOULES FORMA DE ONDA BIFÁSICA. SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALIGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO. ADAPTÁVEL A QUALQUER PACIENTE. - ANALISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE, AUMENTANDO A EFICÁCIA NA DESFIBRILAÇÃO E REDUZINDO O RISCO DE DANOS CAUSADOS AO CORAÇÃO. MENSAGEM E COMANDO POR TEXTO E VOZ. CARTÃO PARA REGISTRO DE EVENTOS E VOZ IDIOMA: PORTUGUÊS, INGLÊS, ESPANHOL, E OUTROS (POSSIBILIDADE DE MUDANÇA DO IDIOMA ATRAVÉS DO SOFTWARE). TEMPO DE CARGA: ATÉ 200J MENOR QUE 7 SEGUNDOS.360 JOULES EM MENOS DE 12 SEGUNDOS CRONÔMETRO (CONTADOR DE SEGUNDOS), RELÓGIO. UTILIZAÇÃO DE PÁS DESCARTÁVEIS, DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE VISUALIZA OS PARÂMETROS, DE PROGRAMAÇÃO PRÉ E PÓS-CHOQUE, INDICANDO A ENERGIA REAL ARMAZENADA A SER ENTREGUE. MEMÓRIA DE EVENTO CONTINUO DE ECG, INCLUINDO CURVA DE ECG (20 MINUTOS), EVENTOS	UND	01	1



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

CRÍTICOS E OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS. POSSIBILIDADE ATRAVÉS DE CONEXÃO PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADOR, PARA VISUALIZAÇÃO DE DADOS DA MEMÓRIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAR AUTO TESTE PERIODICAMENTE.- SITUAÇÃO DO STATUS DA BATERIA COM ALARMES PARA NÍVEL BAIXO. ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO: 01 JOGO DE ELETRODOS (PÁS) AUTOADESIVAS ADULTO, 1 JOGO DE ELETRODOS AUTOADESIVO INFANTIL, MANUAL DO USUÁRIO E CERTIFICADO DE GARANTIA. BOLSA PARA TRANSPORTE, UMA BATERIA EXTRA, SE FOR BATERIA DE LÍTIO NÃO RECARREGÁVEL OU CARREGADORES SE BATERIA RECARREGÁVEL.			
---	--	--	--

LOTE XI - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTES, Item 01

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	ESF	HRFGO	TOTAL
1)	MONITOR MULTIPARÂMETROS COMPLETO ECG, SPO2, PNI, TEMPERATURA E RESPIRAÇÃO DISPLAY 12,1" LCD-TFT COLORIDO (600X600 PIXELS OU SUPERIOR) GRAVAÇÃO DE 10 A 30 MINUTOS DA FORMA DE ONDA DE ECG; GRAVA ARRITIMIAS: 128 GRUPOS (8 SEGUNDOS DA ONDA DE ECG); SPO2 TÉCNICAS DE ESPECTROFOTOMETRIA E PLETISMOGRAFIA; MOSTRA OS VALORES-MEDIDAS DE SPO2 E PULSO CURVA PLETISMOGRÁFICA INDICA QUALIDADE DO SINAL PROCURANDO PULSO E PULSO FRACO FAIXA DE MEDIDAS SPO2:0 A 100%; FAIXA SPO2: ±2% 70 A 100% FAIXA DE MEDIDAS PULSO: 25 A 254 BPM PRECISÃO PULSO: ±1 BPM OU ±1% (A QUE FOR O MAIOR). MEDIDAS DA PRESSÃO NÃO-INVASIVA (PANI) PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO; PRESSÃO INVASIVA (PI); TEMPERATURA: GASES MEDIDOS: CO2, N2O, O2 E AGENTES ANESTÉSICOS UNIDADE DE MEDIDA: MMHG; (DÉBITO CARDÍACO-NÃO INVASIVO); BATERIA: CHUMBO-ÁCIDO, 12 VDC, RECARGA INTERNA E AUTOMÁTICA; VISUALIZAÇÃO 7 DERIVAÇÕES (PADRÃO); CAPNOGRAFIA (ETCO2); ALIMENTAÇÃO: FAIXA DE MEDIDAS: 0 A 150MHG (0 A 19,7%) UNIDADE DE MEDIDA: MMHG, %, KPA FAIXA DE MEDIDAS DA RESP.: 0 A 150 RPM REDE ELÉTRICA - 100 A 240 VAC - 50/60HZ.	UND		02	2

LOTE XI - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PERMANENTES, Inclusão do item 04

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	ESF	HRFGO	TOTAL
4)	Negatoscópio: aço inoxidável; tipo: mamográfico 08 filmes (04 corpo)	UND	01		01

Assim passa a ser definida a nova data para a realização do Certame: dia **06 de março de 2020, às 08:00Hs.**

As demais informações do Edital continuam sem alteração.

MORADA NOVA-CE, 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

  
**JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO**  
PREGOEIRO